产品质量报告单

产品信息			
产品类型	抗原（☐ Ecoli；☐ HEK293 细胞；☐ CHO 细胞） 抗体（☑ 鼠单抗；☐兔单抗；☐多抗；☐ 基因工程重组抗体）		
应用平台	☑ 胶体金；☑ 免疫荧光；☑ 磁微粒化学发光；☐ ELISA；☐ 临床生化；☐ 其他；		
产品货号	YC930201	产品名称	SAA 抗体
产品浓度	mg/ml	产品批号	
生产日期		有效期至	
表位信息		推荐用途	包被
推荐配对	YC930202（标记）		
保存温度	-20℃±5℃	保存缓冲液	1*PBS+防腐剂

质检信息		
检测指标	合格标准	是否合格
外观	澄清透明液体	☑ 合格；☐ 不合格；
缓冲液 PH	7.2-7.4	☑ 合格；☐ 不合格；
纯度	SDS-PAGE 检测:纯度>90%	☑ 合格；☐ 不合格；
浓度	紫外分光光度计检测验证是否与生产入库浓度相同	☑ 合格；☐ 不合格；
灵敏度	企业内控盘：检验灵敏度：100%	☑ 合格；☐ 不合格；
特异性	临床随机样本（200 例）：检验特异性>99%	☑ 合格；☐ 不合格；
稳定性	加速稳定性试验验证原料的稳定性是否合格	☑ 合格；☐ 不合格；
其他		

检验人： 林[illegible] 检验日期：

复核人： 于[illegible] 复核日期：

批准人： 胡露[illegible] 批准日期：

宁波迈跃生物科技有限公司 质控专用章