

产品质量报告单

产品信息					
产品类型	抗原 (☒ Ecoli; ☐ HEK293 细胞; ☐ CHO 细胞) 抗体 (☐ 鼠单抗; ☐ 兔单抗; ☐ 多抗; ☐ 基因工程重组抗体)				
应用平台	☒ 胶体金; ☐ 免疫荧光; ☐ 磁微粒化学发光; ☒ ELISA; ☐ 临床生化; ☐ 其他;				
产品货号	AR280101		产品名称	扇贝过敏原抗原	
产品浓度	mg/ml		产品批号		
生产日期			有效期至		
表位信息	Myosin	国际代码	F338	推荐用途	包被/标记
保存温度	2℃-8℃		保存缓冲液	50mM Tris-HCl, pH 8.0, 300mM NaCl+防腐剂	
质检信息					
检测指标	合格标准			是否合格	
外观	澄清透明液体			☒ 合格; ☐ 不合格;	
缓冲液 PH	8.0—8.2			☒ 合格; ☐ 不合格;	
纯度	SDS-PAGE 检测: 纯度>90%			☒ 合格; ☐ 不合格;	
浓度	紫外分光光度计检测验证是否与生产入库浓度相同			☒ 合格; ☐ 不合格;	
灵敏度	企业内控盘: 检验灵敏度: 100%			☒ 合格; ☐ 不合格;	
特异性	临床随机样本 (200 例): 检验特异性>99%			☒ 合格; ☐ 不合格;	
稳定性	加速稳定性试验验证原料的稳定性是否合格			☒ 合格; ☐ 不合格;	
其他					

检验人：胡清清
复核人：于焕芳
批准人：胡露群

检验日期：
复核日期：
批准日期：

