

产品质量报告单

产品信息			
产品类型	抗原 (<input type="checkbox"/> Ecoli; <input type="checkbox"/> HEK293 细胞; <input type="checkbox"/> CHO 细胞) 抗体 (<input checked="" type="checkbox"/> 鼠单抗; <input type="checkbox"/> 兔单抗; <input type="checkbox"/> 多抗; <input type="checkbox"/> 基因工程重组抗体)		
应用平台	<input checked="" type="checkbox"/> 胶体金; <input type="checkbox"/> 免疫荧光; <input type="checkbox"/> 磁微粒化学发光; <input type="checkbox"/> ELISA; <input type="checkbox"/> 临床生化; <input type="checkbox"/> 其他;		
产品货号	YC440102	产品名称	轮状病毒抗体
产品浓度	mg/ml	产品批号	
生产日期		有效期至	
表位信息	VP6	推荐用途	标记
推荐配对	YC440101 (包被)		
保存温度	-20℃±5 ℃	保存缓冲液	1*PBS+防腐剂
质检信息			
检测指标	合格标准	是否合格	
外观	澄清透明液体	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格;	
缓冲液 PH	7.2-7.4	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格;	
纯度	SDS-PAGE 检测: 纯度>90%	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格;	
浓度	紫外分光光度计检测验证是否与生产入库浓度相同	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格;	
灵敏度	企业内控盘: 检验灵敏度: 100%	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格;	
特异性	临床随机样本 (200 例): 检验特异性>99%	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格;	
稳定性	加速稳定性试验验证原料的稳定性是否合格	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格;	
其他			

检验人:

检验日期:



BIO-MAPPER

复核人:

批准人:

Explore The Art Of Living Together

复核日期:

批准日期:

